

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการชั้นสูตร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการชั้นสูตร”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้

“รณปฏิบัติการชั้นสูตร” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับปฏิบัติการชั้นสูตร โดยให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์ประกอบการเก็บส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์และรายงานผล

ข้อ ๔ มาตรฐานบริการปฏิบัติการชั้นสูตร ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรณปฏิบัติการชั้นสูตร

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด

(ข) เคาน์เตอร์ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรณปฏิบัติการชั้นสูตรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

กรณีมีการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ห้องน้ำจะต้องมีห้องน้ำสำหรับเก็บตัวอย่าง

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรณปฏิบัติการชั้นสูตร ต้องจัดให้มีที่ซักประวัติที่จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ และพื้นที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรณปฏิบัติการชั้นสูตร

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ)

(ข) มีพัดลมระบายอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ)

(ค) มีระบบไฟฟ้าต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการปฏิบัติการชั้นสูตร

(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด-ปิด

- (๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถปฏิบัติการชั้นสูง
- (ก) แก้ว และโต๊ะทำงาน
- (ข) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ
- (ค) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ กรณีมีตู้ปฏิบัติการชีวเคมีต้องไม่น้อยกว่าระดับ ๒
- (๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถปฏิบัติการชั้นสูงมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ถังบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประนอม คำเที่ยง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ