

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้

“รถเอกซเรย์เคลื่อนที่” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องเอกซเรย์

ข้อ ๔ มาตรฐานบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถเอกซเรย์

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนด

(ข) ผนังโดยรอบห้องที่ให้บริการเอกซเรย์ต้องระบุด้วยตะกั่วป้องกันรังสี หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าในการป้องกันรังสีได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ทั้งนี้ ต้องมีความปลอดภัยทางรังสีต่อบุคคลอื่นเนื่องมาจากการรั่วของรังสี

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า เป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรถเอกซเรย์

(ก) ต้องจัดให้มีที่ซักประวัติ ที่จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ พื้นที่ให้บริการ ต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(ข) มีพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถเอกซเรย์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ)

(ข) มีพัดลมระบายอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ)

(ค) มีระบบไฟฟ้าต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

- (๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถเอกซเรย์
- (ก) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่รับมอบหมายจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- (ข) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
- (ค) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน
- (ง) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ตัวรถให้เห็นได้ชัดเจน
- (จ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสตรีมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ กรณีมีตุ่มอ่านฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล
- (๕) มาตรฐานเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ถูบปั๊มพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประนอม คำเที่ยง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ